



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

DE.C.32.001.A № 63091/1

Срок действия до 02 августа 2021 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Термопреобразователи сопротивления 4,68,\*\*,\*\*; 4,69,\*\*,\*\* и Eхia,\*,\*\*,\*\*

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма "Dittmer Temperaturfühler GmbH & Co. KG", Германия

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 64687-16

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

ГОСТ 8.461-2009

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 2 года

Свидетельство об утверждении типа переоформлено приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 07 ноября 2018 г. № 2307

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства

А.В.Кулешов



19 11 ..... 2018 г.

Серия СИ

№ 033232